

# CHECKLIST D'AUTO-ÉVALUATION

Préparation au Contrôle — Cabinet de Podologie en Belgique  
Hygiène et Stérilisation

*Document d'aide à la préparation. Ce document n'est pas un formulaire officiel.*

Nom du cabinet : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Praticien : \_\_\_\_\_ N° INAMI : \_\_\_\_\_

## 1. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

	OK	NON
Titre professionnel de podologue protégé (AR du 7 mars 2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agrément délivré par la Communauté compétente (Wallonie, Flandre ou Bruxelles)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visa INAMI pour les actes remboursés (trajet de soins diabète)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diplôme de bachelier en podologie (minimum 180 ECTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assurance responsabilité civile professionnelle à jour	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2. LOCAUX ET AMÉNAGEMENT

	OK	NON
Zone de stérilisation dédiée et séparée de la zone de soins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sols et plans de travail en matériaux lisses, non poreux et lessivables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poste de lavage des mains avec robinet à fermeture non manuelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Savon doux + solution hydroalcoolique disponibles au poste de lavage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Circuit marche en avant respecté (sale vers propre, sans croisement)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 3. MATÉRIEL ET STÉRILISATION

	OK	NON
Instruments de soins (gouges, bistouris, curettes, pinces) stérilisés avant chaque patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoclave conforme EN 13060 (classe B recommandée par CSS/HGR 9682)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Validation de l'autoclave : test de Bowie-Dick/Helix quotidien, contrôle biologique régulier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicateurs de passage (ruban autoclave) sur chaque sachet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sachets de stérilisation datés et numérotés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Date limite d'utilisation (DLU) inscrite sur chaque sachet stérilisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stockage des sachets stériles dans un endroit propre, sec et fermé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pré-désinfection et nettoyage des instruments avant stérilisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4. TRAÇABILITÉ DE LA STÉRILISATION

	OK	NON
Fiche de traçabilité établie pour chaque cycle de stérilisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chaque fiche contient : date, heure, numéro de cycle, paramètres (T°, pression, durée)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lien patient → instruments utilisés → cycle autoclave documenté (recommandation CSS/HGR 9682)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registre de stérilisation accessible et à jour pour inspection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rapports autoclave (tickets ou fichiers) conservés et archivés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Archives conservées pendant minimum 5 ans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 5. HYGIÈNE ET PROTECTION

	OK	NON
Lavage des mains avant et après chaque patient (savon 30s + solution hydroalcoolique)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gants à usage unique changés entre chaque patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vêtements de travail propres, ongles courts, bijoux retirés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Désinfection du fauteuil et du poste de travail entre chaque patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 6. GESTION DES DÉCHETS

	OK	NON
Convention de collecte des déchets médicaux signée avec un prestataire agréé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conteneurs conformes (boîtes à objets piquants/coupants, sacs jaunes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bordereaux de suivi des déchets conservés et à jour	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stockage des déchets dans un local dédié, hors zone de soins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Rappel : la podologie est une profession paramédicale reconnue en Belgique (AR 2/7/2009, AR 7/3/2016). Le CSS/HGR 9682 recommande la traçabilité complète de la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables.*

**Textes de référence** : AR du 2 juillet 2009 (reconnaissance) · AR du 7 mars 2016 (titre professionnel) · CSS/HGR avis 9682 (stérilisation des DM) · Convention INAMI · EN 13060

**⚠ Non-conformité : sanctions liées à l'agrément professionnel, conséquences sur les remboursements INAMI, responsabilité civile et pénale en cas de dommage au patient.**

**Digitalisez votre registre de stérilisation avec SecuSteri**

Essai gratuit 30 jours · Aucune carte bancaire requise · [www.secusteri.com](http://www.secusteri.com)