

CHECKLIST D'AUTO-ÉVALUATION

Préparation au Contrôle SPF — Studio de Tatouage en Belgique
Hygiène et Stérilisation

Document d'aide à la préparation. Ce document n'est pas un formulaire officiel du SPF Santé publique.

Nom du studio : _____ Date : ____/____/____

Responsable : _____ N° agrément : _____

1. AGRÉMENT ET FORMATION

	OK	NON
Agrément ministériel obtenu auprès du SPF Santé publique (AR 25/11/2005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attestation de formation hygiène de 20 heures obtenue et conservée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formation dispensée par un organisme reconnu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fiche d'information client affichée de manière visible dans le local	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registres clients et déclarations conservés conformément à l'AR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. LOCAUX ET AMÉNAGEMENT

	OK	NON
Salle technique exclusivement réservée au tatouage (séparée de toute autre activité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sols et plans de travail en matériaux lisses, non poreux et lessivables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Surfaces non textiles (pas de moquette, rideaux absorbants, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poste de lavage des mains avec robinet à fermeture non manuelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Savon doux + solution hydroalcoolique disponibles au poste de lavage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zone propre et zone sale clairement séparées (marche en avant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. MATÉRIEL ET STÉRILISATION

	OK	NON
Matériel pénétrant la barrière cutanée : usage unique ET stérile, OU stérilisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoclave de classe B conforme EN 13060 (OBLIGATOIRE — AR 25/11/2005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Validation de l'autoclave : test de Bowie-Dick quotidien, contrôle biologique régulier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicateurs de passage (ruban autoclave) sur chaque sachet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sachets de stérilisation datés et numérotés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Date limite d'utilisation (DLU) inscrite sur chaque sachet stérilisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stockage des sachets stériles dans un endroit propre, sec et fermé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. TRAÇABILITÉ DE LA STÉRILISATION

	OK	NON
Fiche de traçabilité établie pour chaque cycle de stérilisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chaque fiche contient : date, heure, numéro de cycle, paramètres (T°, pression, durée)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lien entre le sachet stérilisé et le cycle autoclave documenté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registre de stérilisation accessible et à jour pour inspection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rapports autoclave (tickets ou fichiers) conservés et archivés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. HYGIÈNE ET PROTECTION

	OK	NON
Lavage des mains entre chaque client (savon 30s + solution hydroalcoolique)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gants à usage unique changés à chaque étape à risque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vêtements de travail propres, cheveux protégés (charlotte/casquette)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bijoux retirés pendant les séances	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Désinfection du poste de travail entre chaque client (virucide EN 14476)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. GESTION DES DÉCHETS

	OK	NON
Convention de collecte des déchets médicaux signée avec un prestataire agréé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conteneurs conformes (boîtes à aiguilles, sacs jaunes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bordereaux de suivi des déchets conservés et à jour	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stockage des déchets dans un local dédié, hors zone propre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rappel : l'AR du 25/11/2005 est l'un des cadres réglementaires les plus stricts d'Europe pour le tatouage. L'autoclave de classe B est une obligation légale, pas une recommandation.

Textes de référence : Arrêté Royal du 25 novembre 2005 · AR du 25 novembre 2007 (modifications) · EN 13060

⚠ Non-conformité : peines de 8 jours à 3 ans d'emprisonnement et/ou amendes de 160 € à 4 000 000 €. Le SPF Santé publique peut ordonner la fermeture du studio.

Digitalisez votre registre de stérilisation avec SecuSteri

Essai gratuit 30 jours · Aucune carte bancaire requise · www.secusteri.com